EFFETS INDESIRABLES

- Œil irrité, rouge, sensation d'inconfort, changement de vision, halo, larmoiement ou sécrétions abondantes, sensation de sécheresse, si l'un de ces symptômes se produit, retirez la lentille. Si la gêne disparaît, nettoyez-la. Si la gêne persiste consultez votre spécialiste.

CONTRE-INDICATIONS

La grossesse ainsi que certains médicaments peuvent perturber la sécrétion lacrymale.

Le port des lentilles est déconseillé en cas de pathologie oculaire et dans des atmosphères de faible hygrométrie *(avion, casque chez le coiffeur…)*.

Demandez conseil à votre spécialiste

Date de livraison : .....

A renouveler dans ..... mois

(nom et adresse du distributeur)

Fabricant : Precilens - 25 rue auguste Perret - 940000 Créteil - France - mai 2013

CE 0459 (année d'autorisation de l'apposition : Dreamlite : 09/1997 - DRL : 05/2013)

Precilens

NOTICE D'UTILISATION

LENTILLES D'ORTHOKERATOLOGIE DREAMLITE OU DRL

Vous avez choisi de porter des lentilles d'Orthokératologie DreamLite ou DRL de Precilens. Cette notice contient des conseils qui vous permettront de porter vos lentilles confortablement et durablement. Elle est complémentaire aux recommandations données par votre spécialiste. Lisez-la attentivement.

Ces lentilles peuvent compenser, selon le modèle la myopie (jusque -6.50δ) avec ou sans astigmatisme (jusque -3.50 δ), l'hypermétropie et le jeune presbyte (jusque +3.50 δ) . Le matériau rigide perméable à l'oxygène utilisé pour leur fabrication a une parfaite tolérance biologique. Toutes les lentilles Precilens sont soumises à des contrôles qualité rigoureux.

Leurs géométries ont été élaborées pour respecter le métabolisme cornéen et optimiser leur confort. Elles sont destinées au port nocturne.

Les lentilles sont conditionnées dans un mailer contenant une solution décontaminante. Il est équipé d'un système d'inviolabilité jusqu'à la première ouverture. Si le conditionnement est endommagé, la lentille ne doit pas être utilisée.

Sur l'étiquette sont mentionnées les informations suivantes :

- Le nom commercial de la lentille
- Le nom de son matériau
- La date limite de 1ère utilisation
- Les nom et adresse du fabricant
- LOT Le numéro de lot de fabrication
- CE Conformité européenne aux exigences de santé et de sécurité
- 0000 Numéro de l'organisme certificateur

PRECAUTIONS D'UTILISATION

La manipulation des lentilles de contact est une succession de gestes simples qu'il convient d'effectuer en respectant certaines règles élémentaires d'hygiène.

- Avant chaque manipulation, les mains doivent être lavées, rincées, puis essuyées avec un linge propre et sans peluche.
- La pose et le retrait doivent se faire au-dessus d'une surface plane, propre et éclairée.
- Si vous devez manipuler vos lentilles au-dessus d'un lavabo, assurez-vous que l'orifice d'évacuation soit bouché.
- Afin d'éviter toute confusion entre la lentille droite de couleur mauve et la lentille gauche de couleur bleue, il est conseillé de procéder toujours dans le même ordre : par exemple en premier la lentille droite puis la lentille gauche.
- Il est recommandé de mettre ses lentilles après la toilette du soir et le démaquillage et de les ôter avant la toilette du matin et le maquillage.
- Le port des lentilles est déconseillé lors de bains, douches et baignades.
- Respectez le temps de port recommandé par votre spécialiste.
- Ne portez pas vos lentilles en cas de traitement par collyre ou tout autre produit ophtalmique. Parlez-en d'abord avec votre spécialiste.
- Renouvellement conseillé : tous les ans.

MANIPULATION

⚠ La perte de lentille a souvent lieu lors de la pose.

Pose des lentilles

- Posez la lentille droite sur l'index droit.
- Remplissez la lentille d'une solution de confort- Inclinez votre tête vers le bas.
- Tenez la paupière inférieure droite avec l'index de la main gauche.
- Abaissez la paupière inférieure droite avec le majeur droit.

- Dans le miroir, regardez fixement votre œil et approchez la lentille pour qu'elle entre en contact avec la cornée.
- Maintenez la quelques secondes puis relâchez doucement les paupières.
- Répétez la même opération pour la lentille gauche.
- Vérifiez votre vision après la pose : à droite comme à gauche.

Retrait des lentilles

- 20 minutes avant le retrait des lentilles instillez une goutte de solution de confort.
- Avant de les retirer vérifiez la mobilité des lentilles.
- Les yeux grands ouverts, placez l'index d'une main sur la paupière supérieure au bord des cils, l'index de l'autre main sur la paupière inférieure au bord des cils et rapprochez vos deux index vers le centre en exerçant une légère pression sur le bord des paupières ce qui décolle la lentille de l'œil.

Entretien des lentilles

- Dès le retrait des lentilles, procédez à leur entretien à l'aide d'un produit pour lentilles rigides perméables préconisé par le spécialiste ; son mode d'emploi doit être suivi avec précision.
- N'utilisez jamais l'eau du robinet ni aucun produit non spécifique à l'entretien des lentilles rigides perméables à l'oxygène.
- Rincez votre étui chaque jour avec une solution d'entretien et laissez-le sécher à l'air.
- L'étui *(et la ventouse de manipulation éventuelle)* sont une source importante de contamination, veillez à ce qu'ils soient toujours propres ; changez-les fréquemment.